

Elitech

WT-1

PRZENOŚNY MIERNIK TEMPERATURY Z SONDĄ OSTRZOWĄ



wersja 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczno – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
3. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
2. Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu dzwoniąc na numer telefonu 15 814 91 40 z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!**
Koszty związane z bepodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
2. PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

ELITECH POLSKA
ul.. Brandwicka104
37-450 Stalowa Wola



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.



1. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA WT-1.

Miernik temperatury WT-1 przeznaczony jest do pomiarów temperatury ciał stałych, cieczy i gazów. Znajduje szerokie zastosowanie w : przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, instalatorskim i laboratoryjnym.

2. DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiarowy: -50 ... +300°C
- Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1° w całym zakresie
- Dokładność pomiaru: +/-1°C w zakresie (-20...+80°C)
- Jednostka temperatury: °C, °F
- Pamięć ostatniego pomiaru
- Funkcja auto-wyłączenia (po 15 minutach bezczynności)
- Wymiary sondy pomiarowej: dł. 110 mm, średnica: 3,5 mm
- Ostrze sondy wykonane ze stali nierdzewnej
- Obudowa: Samogasnące tworzywo, UL 94 V0
- Stopień ochrony: IP 44
- Waga: 30 g

3. PRZYCISKI

-  Jednostka temperatury °C, °F
°C/°F
-  Włącz/Wyłącz
ON/OFF

4. KODY ALARMOWE

“LOW” - komunikat ostrzegawczy o zużyciu baterii.

“E00” - komunikat o przekroczeniu dolnego zakresu pomiarowego

“E11” - komunikat o przekroczeniu górnego zakresu pomiarowego